

襄阳市襄州区人民医院飞利浦DSA FD20球管项目单一来源公示

发布日期: 2023-05-23 14:56 | 发布单位: 法正项目管理集团有限公司 | 项目监管地: 襄州区 | 阅读次数: 12

一、项目信息

1、采购人: [襄阳市襄州区人民医院](#)2、项目名称: [襄阳市襄州区人民医院飞利浦DSA FD20球管项目](#)

3、拟采购的货物或服务的说明:

襄阳市襄州区人民医院现有数字减影血管造影机(型号: UNIQ FD20)是飞利浦医疗产品, 球管型号: MRC200 0407, 该设备球管故障, 为了保证设备正常使用, 需为该设备更换球管。

4、拟采购的货物或服务的预算金额: [120\(万元\)](#)

5、采用单一来源采购方式的原因及说明:

此设备由飞利浦独家研发和生产。其保养和维修用零部件有唯一规格的要求, 只有原厂及其授权商能及时提供正规的零部件, 所以只能向原厂商购买维修服务。考虑到医疗设备检查和治疗的精准性, 尤其是《医疗器械使用质量监督管理办法》18号令对医疗设备性能质量方面有严格的要求, 只有原厂商才可提供规范的维修保养, 保障医疗设备的正常使用的可靠性。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定: “符合下列情形之一的货物或者服务, 可以依照本法采用单一来源方式采购: (一) 只能从唯一供应商

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定: “符合下列情形之一的货物或者服务, 可以依照本法采用单一来源方式采购: (一) 只能从唯一供应商处采购的, 可以依法采用单一来源采购方式。” 故采用单一来源方式采购。

二、拟定供应商信息

名称: [通用环球医疗技术服务\(天津\)有限公司](#)地址: [天津自贸区\(中心商务区\)迎宾大道1988号浙商大厦A-1610、A-1014](#)

三、公示期限

2023年05月24日至2023年05月30日

四、其他补充事宜

无

五、联系方式

1、采购人

联系人: [姚主任](#)联系地址: [襄阳市襄州区航空路248号](#)联系电话: [13986320385](#)

2、财政部门

联系人: [襄阳市襄州区财政局政府采购办](#)联系地址: [襄阳市襄州区财苑路2号](#)联系电话: [0710-2956569](#)

3、采购代理机构

联系人: [薛工](#)联系地址: [襄阳市樊城区春园路联道巷2号\(七里河紫贞司法院内左侧五楼\)](#)联系电话: [13094111980](#)

1、采购人

联系人: 姚主任

联系地址: 襄阳市襄州区航空路240号

联系电话: 13986320385

2、财政部门

联系人: 襄阳市襄州区财政局政府采购办

联系地址: 襄阳市襄州区财苑路2号

联系电话: 0710-2956569

3、采购代理机构

联系人: 薛工

联系地址: 襄阳市樊城区春园路联道巷2号 (七里河紫贞司法所院内左侧五楼)

联系电话: 13094111980

📄 相关下载

单一来源产品论证意见.pdf

📄 相关公告

📄 相关合同

项目进度:

招标 (采购) 公告

中标 (成交) 公告

合同公告



2023-05-23